

**Prüfbescheinigung nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz**  
Test Certificate in compliance with the Equipment and Product Safety Law

Bescheinigungs-Nr.: **03KFA1759-03**  
(Certificate No.)

Ersetzt (Replaces): **03KFA1759-02**

Bescheinigungsinhaber: **Anton Paar GmbH**  
(Certificate Holder) **Anton-Paar Str. 20**  
**8054 Graz**  
**Austria**

Fertigungsstätte: **Anton Paar GmbH**  
(Manufacturing Site) **Anton-Paar Str. 20**  
**8054 Graz**  
**Austria**

Produkt: **Mikrowellensystem (Microwave Reaction System)**  
(Product) **Microwave sample preparation system (Microwave Reaction System)**

Typbezeichnung (Type): **MULTIWAVE 3000**

Markenname: **—**  
(Brandname)

Beschreibung: **230VAC, 3680VA, 50 oder (or) 60Hz, Schutzklasse I (Class I)**  
(Description)

Prüfbericht Nr.: **03KFI001575-03:2006-07-14**  
(Test Report No.) **03KFI001575-ETL:2005-08-05**  
**05KFI004689:2005-08-05**  
**06KFI006569:2006-07-14**

Geprüft nach: **EN 61010-1:2001**  
(Tested according to) **EN 61010-2-010:2003**  
**EN 61010-2-081:2002+A1:03**

Gültig bis (valid until): **2011-07-26**

Erstellt am (issued on): **2006-07-26**

Das oben bezeichnete Produkt entspricht den Rechtsverordnungen zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) bzw. den derzeit anerkannten Regeln der Technik und erfüllt §7 des GPSG.  
The designated product above is in compliance with the judicial requirements of the Equipment and Product Safety Law (GPSG) or the currently accepted conditions of technology and complies with §7 of the GPSG.



Intertek Deutschland GmbH  
Dipl.-Ing. Matthias Böttcher



Dem Zertifikat liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Intertek Deutschland GmbH zu Grunde. Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise.  
The General Business Conditions of Intertek Deutschland GmbH is an integral part of this certificate. Please also refer to the information overleaf.

**Intertek Deutschland GmbH, Nikolaus-Otto-Str. 13, 70771 Leinfelden-Echterdingen**

Sitz Leinfelden-Echterdingen, Registergericht Nürtingen, HRB Nr. 5262, Geschäftsführer: Jörg-Timm Kilisch  
Tel.: +49 711 27311-0, Fax: +49 711 27311-559, E-Mail: [gs@intertek.com](mailto:gs@intertek.com), web: [www.etlsemko.de](http://www.etlsemko.de)

Rev. 13/01/06